

核磁维保技术服务要求

一、技术要求

（一）具体技术指标要求

供应商具有磁共振、精密空调和冷水机组维修保养经验。

（二）样品要求

无

（三）实施人员要求

无

（四）生产及安装调试等要求

中标方提供维修保养服务，保证设备年开机率达 95%以上，设备故障后 24 小时内到达现场检修。

（五）供货、安装周期及交货地点要求

1. 合同生效后，中标方提供不少于 4 次维修保养服务。
2. 中标方 2 小时内响应，设备故障后 24 小时内到现场进行设备检修。
3. 交货地点：甘肃省酒泉市

二、服务要求

（一）售后质保培训等要求

无

（二）保密要求

甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，甲乙双方均有保密义务。

（三）报价要求

人民币（含税）

(四) 其他项目个性化要求

无

三、投标（报价）人资质要求

(一) 资质要求

无

(二) 投标人需准备资料要求

营业执照、维修保养计划。

四、验收、付款及其他内容

(一) 验收方式

维修保养后根据设备运行情况由医工科会同使用科室进行验收。

(二) 付款方式

维修保养服务期结束后付全款。