

技术标准和服务要求

一、技术要求

(一) 具体技术指标要求:

供应商具有第二类医疗器械经营备案凭证, 设备配件生产企业的授权书, 提供包括但不限于原厂控制板(含液流组件)等配件。

(二) 样品要求: 无

(三) 实施人员要求: 无

(四) 生产及安装调试等要求

中标方提供为期 3 年的维修保养服务、首次服务更换控制板(含液流组件), 年开机率达 95%以上。

(五) 供货、安装周期及交货地点要求

1、合同生效后, 中标方提供不少于 4 次维修保养服务

2、中标方 2 小时内响应, 设备故障后 24 小时内到现场进行设备检修

3、交货地点: 甘肃省酒泉市

二、服务要求

(一) 售后质保培训等要求: 无

(二) 保密要求

甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容, 甲乙双方均有保密义务。

(三) 报价要求: 人民币(含税)

(四) 其他项目个性化要求: 无

三、投标（报价）人资质要求

（一）资质要求：第二类医疗器械经营备案凭证；

（二）投标人需准备资料要求：营业执照、第二类医疗器械经营备案凭证、维修保养计划、原厂配件授权书；

四、验收、付款及其他内容

（一）验收方式

维修保养后根据设备运行情况由医工科会同使用科室进行验收

（二）付款方式

首次服务后付合同款的 95%，余款服务期满后付清。

（三）现场踏勘等信息：无

（四）其他信息：无